Trollhättans Stad

Dokumentbeteckning:	**MTP Ombud Funktionskontroll hjälpmedel gruppboende/Korttids/Växelvård**
Antaget av/Ansvarig	Jane Johansson, FC
Handläggare	Malin Wallenberg, bitr. rehabchef Helena Törneröd, MAS
Tillhör rutin	
Datum	2021-04-30 Rev 2023-05-04

Ett underlag för funktionskontroll av hjälpmedel

Produkt	**Att kontrollera**	**Vem gör/ Ansvarar för**	**Vid fel Kontakta**	**Kontroll/ datum**
Vårdsäng	Materialskada, hjul, Höj-, sänk- och låsfunktioner, grindar	MTP-ombud, Vårdpersonal	Hjälpmedels-centralen	Var 4:e vecka
Antidecubitus-madrass	Materialskada Luftmängd	MTP-ombud, Vårdpersonal	SSK	Dagligen
Pump till Antidecubitusmadrass	Funktion, slangar, kontakter	MTP-ombud, Vårdpersonal	SSK	Dagligen
Armstöd vid toalett Vägg/wc	Materialskada, Stabilitet	MTP-ombud, Vårdpersonal	Hjälpmedels-centralen	Var 4:e vecka
Toalettförhöjning Fast och fristående	Materialskada, Stabilitet	MTP-ombud, Vårdpersonal	AT/FT	Var 4:e vecka
Duschpall Duschstol på hjul Duschvagn	Hjul, lås, tippfunktion, materialskada	MTP-ombud, Vårdpersonal	Hjälpmedels-centralen	Var 4:e vecka
Mobil personlyft	Se dok *Kontroll av lyftar och lyftselar*	MTP-ombud, Vårdpersonal	Hjälpmedels-centralen/AT/FT	Var 4:e vecka
Taklyft	Se dok, *Kontroll av lyftar och lyftselar*	MTP-ombud, Vårdpersonal	Hjälpmedels-centralen	Var 4:e vecka
Personliga Lyftselar	Se dok, *Kontroll av lyftar och lyftselar*	MTP-ombud, Vårdpersonal	AT/FT	Dagligen
Akut Lyftsele	Se dok, *Kontroll av lyftar och lyftselar*	MTP-ombud, Vårdpersonal	Enhetschef	Vid användning
Gåbord	Hjul, broms-, lås- och höj funktion	MTP-ombud, Vårdpersonal	Hjälpmedels-centralen	Var 4:e vecka

Rullstol	Tippskydd, låsfunktion, luft i däck, materialskada	MTP-ombud, Vårdpersonal	AT/Enhetschef	Var 4:e vecka
Sittdynor	Ev. Luftmängd, materialskada, (placering)	MTP-ombud, Vårdpersonal	AT/FT	Dagligen
Överflyttningsplattformar	Materialskada, stabilitet, bromsar, vridfunktion	MTP-ombud, Vårdpersonal	Enhetschef/ AT/FT	Var 4:e vecka
Uppresningsbälte	Materialskada, spänne	MTP-ombud, Vårdpersonal	Enhetschef/ AT/FT	Var 4:e vecka

Kontroll och skötsel av lyftar och lyftselar.

Lyftselar

Selar och lyftband skall undersökas över hela sin längd med avseende på ytskador, hack i tvär- eller längdriktningen, hack eller nötningsskador på stadkanter, sömdefekter eller ögleskador.

Mekaniska skador

Omfattande skavning, speciellt punktskavning, måste betraktas som allvarlig.
Lokal nötning till skillnad från allmänt slitage, kan förorsaka allvarlig försämring av styrkan.
Hack, speciellt vid stadkanten, resulterar i allvarlig försämring av styrkan.
Sömmarna får inte vara skadade.
Hygiensele med spänne, kontrollera att spännet ej är deformerat och att det låser bra.

Märkning

Lyftselen ska vara märkt på ett varaktigt sätt med tillverkarens eller leverantörens namn och adress, maxlast, artikelnummer, tillverkningsår och månad alt vecka.

Märkningen ska vara väl synlig, om texten börjar bli oläslig gällande:

- akutsele/grundutrustning - märkningen ersättas med ny.
- personligt förskriven – ska bytas ut, kontakta rehabenheten

Kassation
Uppvisar selar och lyftband allvarlig skada som till exempel hack, trasiga sömmar, får de inte användas utan skall omedelbart tas ur bruk.

- akutsele/grundutrustning - informera enhetschef för ev. nyinköp
- personligt förskriven - kontakta rehabenheten

Obs! Lyftselar får ej lagas!

Kontrollera lyftselen varje dag och särskilt efter tvätt!
Följ tvättråden!

Lyftar

Håll hjulen fria från smuts/hår och liknande.
Rengör lyften med fuktig trasa.
Kontrollera att lyftbygeln har urkrokningsskydd – om inte måste lyften repareras.
Gör Dig väl förtrogen med hur lyften fungerar, var knappen för nödstopp är placerad samt eventuell nödsänkningsknapp.

Kontrollera regelbundet att skruvar och muttrar är åtdragna.
Kontrollera så att det inte finns lösa kontakter på elektronikdelen.

Laddning
Ladda lyften under natten eller ha om möjligt alltid laddaren inkopplad när lyften inte används! Det ökar batteriernas livslängd.

Om lyften inte fungerar, se rutin och lathund *Hjälpmedel – reparation av sängar och lyftar* för mer utförlig information, läs i bruksanvisningen under felsökning. Om felet kvarstår:

- Gäller det lyftar i **eget boende**: Kontakta Rehabenheten tel. 49 50 15 eller fax 49 50 66. På kvällstid och helger, kontakta jourservice Tel 010-441 41 25.

- Gäller det lyftar på **gruppboenden**, Fyll i blanketten: *BESTÄLLNING Underhåll av kundägda hjälpmedel*, som finns på intranätet, faxa eller mejla in blanketten till Hjälpmedelscentralen.

  Kvällar och helger får mobila personlyftar ersätta taklyft till närmaste vardag då kontakt med Hjälpmedelscentralen kan tas. Finns inget jouravtal för grundutrustning.